SKALAB s.r.o., Slovenská723/ 61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 777 176 107, +420 777 324
http://www.skalab.cz, e-mail: skalab@skalab.cz

RAC CLEANSER 500
NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS A URČENÝ ÚČEL PROSTŘEDKU

RAC CLEANSER 500 se používá jako dekontaminační a promývací roztok pro MOČOVÉ ANALYZÁTORY DIRUI FUS – 3000 PLUS.

IDENTIFIKACE PRODUKTU

UDI-DI: 08594214080252

PRINCIP METODY

Vlastní dekontaminační proces se provádí podle pokynů uvedených v „Návodu k obsluze“. Po otevření je dekontaminační roztok připraven k použití. Do čisté zkumavky nalejte 8 ml dekontaminačního roztoku a vložíme do přístroje.

SLOŽENÍ RAC CLEANSER 500 1 x 500 ml

Chlornan sodný	<1%
Chlorid sodný	<1%
Detergenty	

PŘÍPRAVA ČINIDEL

RAC CLEANSER 500 je připraven k přímému použití a je při teplotě 2–25 °C stabilní až do doby expirace, pokud je skladován v originálním balení a **bez přístupu světla.**

Po otevření je RAC CLEANSER 500 stabilní

- 1 měsíc v originálním balení

UPOZORNĚNÍ

Nepoškozené balení musí být skladováno při teplotě 2–25 °C a nesmí být vystaveno přímému slunečnímu světlu. Toto činidlo je určeno výhradně k použití in vitro a manipulovat s ním mohou jen oprávněné osoby. Likvidace odpadu se provádí v souladu s platnými předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pouze pro diagnostiku in vitro. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou.
2. V případě zasažení očí nebo úst, vypláchněte ihned postiženou oblast velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékaře.
3. Pokud detergent zasáhne pokožku rukou, zasaženou oblast rychle omyjte velkým množstvím vody.
4. Kontakt produktu s jakýmkoli kyselým materiálem vyvolá tvorbu plynného chlóru. Je třeba pracovat s maximální opatrností.
5. Produkt nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření.
6. Produkt uchovávejte v temnu a spotřebujte jej do jednoho měsíce od otevření.

7. Zajistěte, aby se po otevření lahvičky do produktu nedostal prach a jiné nečistoty.
8. Ihned po použití láhev uzavřete a uložte na temném místě.
9. Nepoužívejte produkt po uplynutí doby použitelnosti.

ZNAKY ANALYTICKÉ METODY

Testování dekontaminačního roztoku RAC CLEANSER 500 bylo provedeno srovnáním analytických parametrů po provedené dekontaminaci originálním Urine Sediment Analyzer Detergentem a testovaným RAC CLEANSER 500.Výsledky potvrdily dobrou shodu mezi oběma produkty.

Závěr

Testování dekontaminačního roztoku RAC CLEANSER 500 (Skalab) prokázalo, že ve srovnání s originálním dekontaminačním roztokem Urine Sediment Analyzer Detergentem nedošlo k ovlivnění měřených parametrů. Stejně tak testovaný roztok prokázal srovnatelnou dekontaminační účinnost jako originál.

VÝROBCE

SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 56802 Svitavy, http://www.skalab.cz
tel. +420 777 176 107

Symbol	Popis, význam	Symbol	Popis, význam
	Výrobce		Čtěte návod k použití
	Datum výroby		Omezení teploty
	Katalogové číslo		Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
	Kód šarže		Jedinečný identifikátor prostředku
	Použít do data		

Datum poslední revize: 24.02.2024