SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 730 891 270, +420 777 176 107, +420 777 324 399
http://www.skalab.cz, e-mail: skalab@skalab.cz

KATALOG POMOCNÝCH DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ S K A L A B 2026 – ČÁST 1

Diagnostický přípravek	Katalog. číslo	Popis	Objem	Cena
Alkalický promývací roztok	P 413.01	Alkalický promývací roztok se používá jako mycí roztok pro automatický analyzátor Architect c8000. Tento roztok se používá současně s Kyselým promývacím roztokem (kat. č. P 413.01). Proces mytí analyzátoru Architect c8000 se provádí podle pracovního návodu pro tento analyzátor	1000 ml	2790,-
HbA1C Hemolysis	08-118432 P 012.02.Z P 012.02.M	HbA1C HEMOLYSIS se používá jako hemolyzační roztok pro automatické analyzátory glykovaného hemoglobinu TOSOH BIOSCIENCE G5 a G7, které pracují na principu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).	1 x 1000 ml 100 x 1 ml 100 x 1 ml	200,- 840,- 370,-
HbA1C Hemolysis G8	08-118432G8	HbA1C HEMOLYSIS G8 se používá jako hemolyzační roztok pro automatické analyzátory glykovaného hemoglobinu TOSOH BIOSCIENCE G8, které pracují na principu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).	1 x 1000 ml	200,-
Hemolyzační promývací roztok 90 H	P 123.02	Hemolyzační roztok 90 H se používá jako hemolyzační roztok pro analyzátory glykovaného hemoglobinu firmy ARKRAY ADAMS A_1C HA-8160	2000 ml	810,-
Hemolyzační promývací roztok 80 H	P 213.02 P 213.02.Z	Hemolyzační roztok 80 H se používá jako hemolyzační roztok pro analyzátory glykovaného hemoglobinu firmy ARKRAY ADAMS A_1C HA-8180	2000 ml 100 x 1 ml	750,- 1020,-
ISE pufr	B01-4171-58 106-001688-99	ISE PUFR se používá jako ředící roztok pro nepřímé stanovení sodíku, draslíku a chloridů na analyzátorech ADVIA 1200, ADVIA 1650 a ADVIA 1800.	1 x 5000 ml 1 x 1000 ml	3060,- 610,-

SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 730 891 270, +420 777 176 107, +420 777 324 399
http://www.skalab.cz, e-mail: skalab@skalab.cz

KATALOG POMOCNÝCH DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ S K A L A B 2026 – ČÁST 2

Diagnostický přípravek	Katalog. číslo	Popis	Objem	Cena
ISE ředící roztok 600 K	P 109.01	ISE ředící roztok 600 K se používá jako ředící roztok pro nepřímé stanovení minerálů Na, K, Cl na analyzátorech TOSHIBA	6 x 100 ml	3950,-
Koncentrovaný promývací roztok	P 114.500	KONCENTROVANÝ PROMÝVACÍ ROZTOK pro osmometry ARKRAY se používá k promývání systému hadiček, pipetovací jehly a měřící kyvety se senzory osmometrů firmy ARKRAY OSMO STATION TYP ON – 6050 a ON – 6060 Pomocí promývacího roztoku se ze systému hadiček, pipetovací jehly a měřící kyvety se senzory odstraní zbytky nečistot, kterými byl celý měřící systém kontaminován	500 ml	220,-
Kyselý promývací roztok	P 313.01	Kyselý promývací roztok se používá jako mycí roztok pro automatický analyzátor Architect c8000. Tento roztok se používá současně s Alkalickým promývacím roztokem (katalog.č. P 413.01). Proces mytí analyzátoru Architect c8000 se provádí podle pracovního návodu pro tento analyzátor	1000 ml	4170,-
Kyvetový blank	B01-4179-52	Kyvetový blank se používá ke kontrole absorbancí kyvet biochemických analyzátorů ADVIA.	1 x 1000 ml	730,-
Promývací roztok ADAMS	P 313.400	PROMÝVACÍ ROZTOK PRO ANALYZÁTORY ADAMS A1C se používá k promývání systému hadiček automatických analyzátorů glykovaného hemoglobinu firmy ARKRAY ADAMS A1c HA-8160 a HA-8180. Pomocí promývacího roztoku se ze systému hadiček odstraní zbytky proteinů a tuků z krve, kterými byly hadičky znečištěny.	4 x 100 ml	650,-
RAC Cleanser 500	P 115.500	RAC CLEANSER 500 se používá jako dekontaminační a promývací roztok pro MOČOVÉ ANALYZÁTORY DIRUI FUS – 3000 PLUS.	1 x 500 ml	330,-
RAC Cleanser 600	P 115.600	RAC CLEANSER 600 se používá jako dekontaminační roztok pro koagulometry řady RAC.	6 x 100 ml	1680,-

SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 730 891 270, +420 777 176 107, +420 777 324 399
http://www.skalab.cz, e-mail: skalab@skalab.cz

KATALOG POMOCNÝCH DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ S K A L A B 2026 – ČÁST 3

Diagnostický přípravek	Katalog. číslo	Popis	Objem	Cena
Solution wash cuvette CZ	YRE B 01-4178-01	Solution wash cuvette CZ se používá k mytí kyvet biochemických analyzátorů ADVIA.	1 x 1000 ml	160,-
Systémový roztok EBIO a BIOSEN	0030343.01 209.900.011	Systémový roztok se používá jako pomocný prostředek pro stanovení glukózy na analyzátorech EBIO a BIOSEN.	1 x 1000 ml 100 x 1 ml	180,- 340,-
Systémový roztok pro analyzátory glukózy	P 012.01 P 012.05	Systémový roztok se používá jako pomocný prostředek pro stanovení glukózy na elektrochemických analyzátorech glukózy.	1 x 1000 ml 1 x 5000 ml	320,- 1420,-
Elektrolyt ECT 1000 ***(ECT 1000)***	206	ECT 1000 se používá jako elektrolyt při stanovení koncentrace chloridů v séru, moči a potu pomocí titrátorů chloridů pracujících na principu coulometrické analýzy s biampérometrickou indikací	1x1000 ml R_1	310,-

SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 730 891 270, +420 777 176 107, +420 777 324 399
http://www.skalab.cz, e-mail: skalab@skalab.cz

KATALOG DIAGNOSTICKÝCH SETŮ S K A L A B 2026

určeno pouze pro studijní účely

Diagnostický set	Katalog. číslo	Princip	Objem	Cena
Vápník 600 ***(Ca 600)***	207	Vápenaté ionty reagují v alkalickém prostředí monoetanolaminu s o-kresolftalein-komplexonem za vzniku fialového produktu, jehož barevná intenzita je linéárně závislá na koncentraci vápníku. Absorpční maximum barevného komplexu vápníku s o-kresolftalein-komplexonem je při 578 nm. Interferenci hořčíku je zabráněno pomocí 8-hydroxychinolinu.	3x100 ml PU 3x100 ml CH	1295,-
Celková bílkovina 600 M ***(CBM 600)***	106	Při vazbě komplexu pyrogallolové červeně s molybdenanem sodným na makromolekuly bílkovin v prostředí jantarového pufru o pH 2,5 dojde k posunu absorpčního maxima z vlnové délky 460 nm – činidlo na vlnovou délku 600 nm – komplex činidla s bílkovinou. Absorbance komplexu činidla s bílkovinou je lineárně závislá na koncentraci bílkoviny v analyzovaném vzorku.	3x100 ml PU 3x100 ml CH	760,-

Vydáno dne: 8. 4. 2026